



--	--	--

<b>1.0</b>	<b>Gerätezustand</b>									
1.1	– Zustand einwandfrei (z. B.: J/N)									
1.2	– Feinstaubfilter einwandfrei (z. B.: J/N)									
1.3	– Kapazität Batterie/Akku (z. B.: ¼)									

<b>2.0</b>	<b>Pumpenkontrolle</b>									
2.1	– Pumpenfehler F100 bei Abdichtung									

<b>3.0</b>	<b>Oberirdische Prüfung</b>									
3.1	Nullpunkt – Anzeige bei Frischluft									
3.2	Prüfgas 10 ppm CH <sub>4</sub> – Anzeige ≥ 8 ppm in 10 Sekunden									

<b>4.0</b>	<b>Bauwerk / Anlagen</b>									
4.1	Nullpunkt – Anzeige bei Frischluft									
4.2	Prüfgas 1,00 Vol.-% CH <sub>4</sub> – Anzeige 0,80 – 1,20 Vol.-%									

<b>5.0</b>	<b>Warnen %UEG / Warnen ExTox (Prüfgas Frischluft)</b>									
5.1	Nullpunkt CH <sub>4</sub> – Anzeige -3 – +3 % UEG oder – Anzeige -0,15 – +0,15 Vol.-%									
5.2	Nullpunkt CO <sub>2</sub> (0,04 Vol.-%) – Anzeige -0,02 – +0,10 Vol.-%									
5.3	Frischlufte O <sub>2</sub> (20,9 Vol.-%) – Anzeige 20,4 – 21,4 Vol.-%									
5.4	Nullpunkt H <sub>2</sub> S – Anzeige -3 – +3 ppm									
5.5	Nullpunkt CO – Anzeige -3 – +3 ppm									

<b>6.0</b>	<b>Warnen %UEG / Warnen ExTox (Prüfgas ExTox IR)</b>									
6.1	CH <sub>4</sub> (2,20 Vol.-%) – Anzeige 45 – 55 % UEG oder – Anzeige 2,00 – 2,40 Vol.-%									
6.2	CO <sub>2</sub> (2,00 Vol.-%) – Anzeige 1,80 – 2,20 Vol.-%									
6.3	O <sub>2</sub> (0 Vol.-%) – Anzeige -0,5 – +0,5 Vol.-%									
6.4	H <sub>2</sub> S (40 ppm) – Anzeige 37 – 43 ppm									
6.5	CO (40 ppm) – Anzeige 37 – 43 ppm									
6.6	Optischer Alarm (z. B.: J/N)									
6.7	Akustischer Alarm (z. B.: J/N)									

<b>7.0</b>	<b>Bodenluft / Messen</b>									
7.1	Nullpunkt CH <sub>4</sub> / CO <sub>2</sub> – Anzeige -0,3 – +0,3 Vol.-%									
7.2	Prüfgas 60 Vol.-% CH <sub>4</sub> – Anzeige 58 – 62 Vol.-%									
7.3	Prüfgas 20,0 Vol.-% CO <sub>2</sub> – Anzeige 18,0 – 22,0 Vol.-%									

<b>8.0</b>	<b>Ethan-Analyse</b>									
	Prüfgas 100 ppm C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> , 1 Vol.-% CH <sub>4</sub> – CH <sub>4</sub> : Ja, C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> : Ja, C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> : Nein									

<b>9.0</b>	<b>Bemerkungen</b> – Gehäuse beschädigt – Justage, Reparatur – Überprüfung im Werk – o. ä.									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>10.0</b>	<b>Prüfung</b>									
	– Tag									
	– Monat									
	– Jahr									
	– Unterschrift									