

DVGW-Forschungsstelle am EBI des KIT | Engler-Bunte-Ring 1 – 9 | 76131 Karlsruhe

Hermann Sewerin GmbH
Robert-Bosch-Straße 3
33334 Gütersloh

Ihr Zeichen/Nachricht:
Unser Zeichen/Nachricht:
Bereich:
Ansprechpartner:
Gebäude / Raum:
Telefon / Telefax:
E-Mail:

Schweitzer, Andreas
DVGW-EBI/GT//FG/KK
Gastechnologie
Dipl.-Ing. (FH) Kerstin Kröger
40.51 / 111
+49 (0)721 608-412-72 / -27
kroeger@dvgw-ebi.de

Datum: 17. Dezember 2025

Bescheinigung der Eignung des Messgerätes SR-LD 800

Sehr geehrter Herr Schweitzer,

hiermit bescheinigen wir Ihnen, dass das Messgerät **SR-LD 800** nach dem DVGW-Merkblatt G 465-4-6 „*Gerätetechnik für die Überprüfung von Gasleitungen und Gasanlagen - Teil 6: Handgeführte Lasergeräte mit offener Messstrecke (TDLAS)*“ erfüllt.

Das Messgerät **SR-LD 800** entspricht den Anforderungen des DVGW-Merkblatts G 465-4-6 und kann entsprechend des spezifizierten Einsatzbereiches - Überprüfung von freiverlegten Leitungen und zur Überprüfung nicht zugänglicher Bereiche bei der oberirdischen Überprüfung von erdverlegten Leitungen - eingesetzt werden.

Wir weisen darauf hin, dass diese Bescheinigung kein Zertifikat der DVGW-Cert GmbH darstellt bzw. ein solches ersetzt.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Jochen Schütz

Leiter Brennstofflabor

i. A. Dipl.-Ing (FH) Kerstin Kröger

Projektingenieurin

Anlage

Prüfbericht 25-00335-PB02

DVGW-Forschungsstelle
am Engler-Bunte-Institut des
Karlsruher Instituts für Technologie
Engler-Bunte-Ring 1 – 9
76131 Karlsruhe

Geschäftsführender Teilinstitutsleiter:
Prof. Dr.-Ing. Dimosthenis Trimis

Prof. Dr. rer. nat. Harald Horn (Stellvertreter)
Prof. Dr.-Ing. Frederik Scheiff (Stellvertreter)

Kontakt
T +49 721 608-42571
F +49 721 608-41227

info@dvgw-ebi.de
www.dvgw-ebi.de

Bankverbindung
Baden-Württembergische Bank AG USt-IdNr. DE114341970
Kontoinhaber: Steuer-Nr. 206/5887/0745
DVGW-Forschungsstelle am EBI
IBAN: DE07 6005 0101 7495 5000 39 Amtsgericht Bonn VR 6933
BIC: SOLADEST