

EU-Konformitätserklärung

EX-TEC® PM 550/500

Tragbares batteriebetriebenes Gasmessgerät

Hermann Sewerin GmbH
Robert-Bosch-Str. 3
33334 Gütersloh – Deutschland

Das Produkt erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

2011/65/EU

2014/30/EU

2014/34/EU

Zur Beurteilung der Konformität wurden folgende harmonisierte Normen herangezogen:

EN 50270:2015

EN 60079-11

EN 60079-0

EN 61000-6-2:2005

EN 60079-1

EN 61000-6-4:2011

EN 60079-7

Für Methan und Propan gelten für den Einsatzfall Warnen zusätzlich:

EN 50271

EN 60079-29-1

Es wurden folgende Bescheinigungen ausgestellt:

Notifizierte Stelle: TÜV NORD CERT GmbH (0044) DEKRA Testing and Certification GmbH (0158)

Bescheinigung: TÜV 17 ATEX 171969 X BVS 19 ATEX G 002 X

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt die Hermann Sewerin GmbH.

Unterzeichnet für und im Namen von:

Gütersloh, 2025-09-01


Hermann Sewerin GmbH
Robert-Bosch-Str. 3, 33334 Gütersloh
Tel.: 0 52 41 / 9 34 - 0
Fax: 0 52 41 / 93 44 44

Benjamin Sewerin (Geschäftsführer)