

Declaración UE de conformidad

Multitec® 540

Equipo portátil para la medición de gas alimentado por pilas

Hermann Sewerin GmbH
Robert-Bosch-Str. 3
33334 Gütersloh – Alemania

El producto es conforme a la legislación comunitaria de armonización pertinente:

2011/65/UE

2014/30/UE

2014/34/UE

Para la evaluación de la conformidad se aplicaron las siguientes normas armonizadas:

EN 1127-1	EN 60079-7
EN 50270:2015	EN 60079-11
EN 60079-0	EN 61000-6-2:2005
EN 60079-1	EN 61000-6-4:2011

Se han emitido los siguientes certificados:

Organismo notificado: TÜV NORD CERT GmbH
(0044)

Certificación: TÜV 07 ATEX 553353 X

Entretanto, una o varias normas que están especificadas en los certificados, se han sustituido por versiones más recientes. El fabricante declara que el producto también cumple los requisitos de las nuevas versiones de las normas.

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad de Hermann Sewerin GmbH.

Firmado en nombre de:

Gütersloh, 2025-09-01



Hermann Sewerin GmbH
Robert-Bosch-Str. 3 | 33334 Gütersloh
Tel.: 0 52 41 / 9 34 - 0
Fax: 0 52 41 / 93 44 44

Benjamin Sewerin (Gerente)