

# Déclaration UE de conformité

## Multitec® 560

Appareil portatif de mesure de gaz alimenté sur piles

Hermann Sewerin GmbH  
Robert-Bosch-Str. 3  
33334 Gütersloh – Allemagne

Le produit est conforme à la législation communautaire d'harmonisation de l'Union en vigueur :

**2011/65/UE**

**2014/30/UE**

**2014/34/UE**

L'évaluation de la conformité a été réalisée par application des procédures définies par les normes harmonisées suivantes :

EN 1127-1	EN 60079-7
EN 50270:2015	EN 60079-11
EN 60079-0	EN 61000-6-2:2005
EN 60079-1	EN 61000-6-4:2011

Pour le méthane, s'appliquent également pour l'application Surveillance ExTox :

EN 50271
EN 60079-29-1

Les certificats suivants ont été établis :

Organisme notifié : TÜV NORD CERT GmbH DEKRA EXAM GmbH  
(0044) (0158)

Certificat : TÜV 07 ATEX 553353 X BVS 09 ATEX G 001 X

Une ou plusieurs normes indiquées dans les certificats ont été remplacées par une édition plus récente. Le fabricant déclare également la conformité aux exigences des nouvelles éditions de ces normes.

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité de la société Hermann Sewerin GmbH.

Signé par et au nom de :

Gütersloh, 2025-09-01

  
Hermann Sewerin GmbH  
Robert-Bosch-Str. 3 33334 Gütersloh  
Tel.: 0 52 41 / 9 34 - 0  
Fax: 0 52 41 / 93 44 44

Benjmin Sewerin (Gérant)