

Declaração UE de conformidade

EX-TEC® PM 550/500

Equipamento portátil a pilhas para a medição de gás

Hermann Sewerin GmbH
Robert-Bosch-Str. 3
33334 Gütersloh – Alemanha

O produto respeita a legislação aplicável de harmonização da União:

2011/65/UE

2014/30/UE

2014/34/UE

Para a avaliação da conformidade foram consultadas as seguintes Normas harmonizadas:

EN 50270:2015

EN 60079-11

EN 60079-0

EN 61000-6-2:2005

EN 60079-1

EN 61000-6-4:2011

EN 60079-7

Para metano e propano aplica-se ainda à aplicação Aviso:

EN 50271

EN 60079-29-1

Foram emitidos os seguintes certificados:

Organismo notificado: TÜV NORD CERT GmbH
(0044)

DEKRA Testing and Certification GmbH
(0158)

Certificado: TÜV 17 ATEX 171969 X

BVS 19 ATEX G 002 X

A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade da Hermann Sewerin GmbH.

Assinado por e em nome de:

Gütersloh, 2025-09-01



Hermann Sewerin GmbH
Robert-Bosch-Str. 3 · 33334 Gütersloh
Tel.: 0 52 41 / 9 34 - 0
Fax: 0 52 41 / 93 44 44

Benjamin Sewerin (Diretor executivo)