

1. Nachtrag

zur Baumusterprüfbescheinigung

- Gaswarngeräte -

PFG 08 G 002 X

Gerät: Variotec 450 Ex, Variotec 480 Ex

Hersteller: Hermann Sewerin GmbH

Anschrift: D-33334 Gütersloh

Dieser Nachtrag zur Baumusterprüfbescheinigung betrifft die Prüfung der Geräte Variotec 450 Ex und Variotec 480 Ex.

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH bescheinigt, dass das Gerät den Anforderungen der Normen bzw. Berufsgenossenschaftlichen Informationen

EN 50104:2002 + A1:2004

EN 45544-1:1999

EN 45544-2:1999

EN 50271:2001

hinsichtlich der Messfunktion für Sauerstoff (Messung von Sauerstoffmangel und -überschuss) im Messbereich 0 - 25 % (V/V) und für Kohlenmonoxid im Messbereich 4 - 500 ppm entspricht.

Dieser Nachtrag zur Baumusterprüfbescheinigung gilt für Geräte mit der Software Version V 1.014 (13.09.2010).

Prüfbericht

Prüfbericht PFG-Nr. 41300308P NIII vom 15.10.2010

Besondere Bedingungen für die sichere Anwendung

- siehe EG-Baumusterprüfbescheinigung TÜV 07 ATEX 553353 X

Ergänzende Informationen

- Die Messfunktion der Geräte für brennbare Gase und Dämpfe im Sinne der Richtlinie 94/9/EG ist nicht Gegenstand dieses Nachtrags zur Baumusterprüfbescheinigung.
- Im Umfang dieser Baumusterprüfbescheinigung ist folgendes Zubehör enthalten:
 - Flex-Handsonde 360 mm (Art.-Nr. ZS32-100000)
 - Schwimmersonde (Art.-Nr. ZS21-101000)
 - Sondenschlauch 1m (Art.-Nr. ZS25-100000)
 - Sondenschlauch 2m (Art.-Nr. ZS17-101000)
 - Sondenschlauch 6m (Art.-Nr. ZS18-101000)
 - Prüfeinrichtung SPE VOL (Art.-Nr. PP01-90101)
- Der Datenlogger ist nicht Gegenstand dieses Nachtrags zur Baumusterprüfbescheinigung.

DEKRA EXAM GmbH

Bochum, den 15. Oktober 2010



Zertifizierungsstelle



Fachbereich