| | | |
|---|---|---|
| **PRÜFPROTOKOLL**<br>**Sensor:**<br>**Fab.-Nr. (z. B.: 060 10 0001)** | EX-TEC® PM 4 **(Methan $CH_4$)**<br>PPM — UEG — VOL | SEWERIN<br>Protecting Water, Gas and Life. |

16.07.2007

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.0** | **Gerätezustand** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | - Zustand einwandfrei (z. B.: J / N) | | | | | | | | | | |
| 1.2 | - Restbetriebszeit (z. B.: 5 h) | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.0** | **Pumpenkontrolle** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | - Fehlermeldung F100 beim Abdichten | | | | | | | | | | |
| 2.2 | - Pumpenfilter gewechselt (z. B.: J / N) | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.0** | **Messbereich ppm** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Nullpunkt (Frischluft)<br>- Anzeige 0 ppm | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Prüfgas (1,00 Vol.-% $CH_4$)<br>- Anzeige 0,8 – 1,5 Vol.-% | | | | | | | | | | |
| **4.0** | **Messbereich UEG** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Nullpunkt (Frischluft)<br>- Anzeige - 0,15 – + 0,15 Vol.-% oder<br>- Anzeige - 3 – + 3 %UEG | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Prüfgas (2,2 Vol.-% $CH_4$ / 50 %UEG)<br>- Anzeige 2,0 – 2,4 Vol.-% oder<br>- Anzeige 45 – 55 %UEG | | | | | | | | | | |
| **5.0** | **Messbereich Vol.** | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Nullpunkt (Frischluft)<br>- Anzeige - 2 – + 2 Vol.-% | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Prüfgas (100 Vol.-% $CH_4$)<br>- Anzeige 98 – 102 Vol.-% | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.0** | **Alarmauslösung AL1** | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Optischer Alarm (z. B.: J / N) | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Akustischer Alarm (z. B.: J / N) | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.0** | **Bemerkungen**<br>- Gehäuse gebrochen<br>- Justage, Reparatur<br>- Überprüfung im Werk<br>- o. ä. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8.0** | **Prüfung** | | | | | | | | | | |
| | - Tag | | | | | | | | | | |
| | - Monat | | | | | | | | | | |
| | - Jahr | | | | | | | | | | |
| | - Unterschrift | | | | | | | | | | |