

Multitec® 520

Fab.-Nr. (z. B.: 066 01 5001)

--	--	--



04.12.2018

[illegible][illegible]

3.0	Methan CH ₄								
3.1	Nullpunkt (Frischlufte) - Anzeige -0,15 – +0,15 Vol.-%								
3.2	Prüfgas 2,20 Vol.-% CH ₄ - Anzeige 2,00 – 2,40 Vol.-%								
3.3	Optischer Alarm (z. B.: J / N)								
3.4	Akustischer Alarm (z. B.: J / N)								

[illegible]

5.0	Sauerstoff O ₂								
5.1	Nullpunkt (Prüfgas 100 Vol.-% CH ₄) - Anzeige -0,5 – +0,5 Vol.-%								
5.2	Prüfgas 17,5 Vol.-% - Anzeige 17,0 – 18,0 Vol.-%								
5.3	Prüfgas Frischluft (20,9 Vol.-%) - Anzeige 20,4 – 21,4 Vol.-%								
5.4	Optischer Alarm (z. B.: J / N)								
5.5	Akustischer Alarm (z. B.: J / N)								

[illegible][illegible]

8.0	Ammoniak NH₃										
8.1	Nullpunkt (Frischlufte) - Anzeige -3 – +3 ppm										
8.2	Prüfgas 50 ppm - Anzeige 45 – 55 ppm										
8.3	Optischer Alarm (z. B.: J / N)										
8.4	Akustischer Alarm (z. B.: J / N)										
9.0	Bemerkungen - Wartung erforderlich (Prüfplakette) - Lebensdauer Sensor überschritten - Justage, Reparatur - o. ä.										
10.0	Prüfung										
	- Tag										
	- Monat										
	- Jahr										
	- Unterschrift										