PRÜFPROTOKOLL ***Multitec*** ***540***

Fab.-Nr. (z. B.: 066 11 0501)

SEWERIN
Protecting Water, Gas and Life.

04.12.2018

1.0	**Gerätezustand**										
1.1	– Gehäuse einwandfrei (z. B.: J / N)										
1.2	– Feinstaubfilter einwandfrei (z. B.: J / N)										
1.3	– Kapazität Batterie/Akku (z. B.: ¼)										

2.0	**Pumpenkontrolle**										
2.1	– Pumpenfehler F100 bei Abdichtung										

3.0	**Methan CH_4**										
3.1	Nullpunkt (Frischluft) – Anzeige -1 – +1 Vol.-%										
3.2	Prüfgas 100 Vol.-% CH_4 – Anzeige 95 – 105 Vol.-%										

4.0	**Kohlendioxid CO_2**										
4.1	Nullpunkt (Frischluft 0,04 Vol.-%) – Anzeige -1 – +1 Vol.-%										
4.2	Prüfgas 100 Vol.-% CO_2 – Anzeige 95 – 105 Vol.-%										

5.0	**Sauerstoff O_2**										
5.1	Nullpunkt (Prüfgas 100 Vol.-% CH_4) – Anzeige -0,5 – +0,5 Vol.-%										
5.2	Prüfgas Frischluft (20,9 Vol.-%) – Anzeige 20,4 – 21,4 Vol.-%										

6.0	**Schwefelwasserstoff H_2S**										
6.1	Nullpunkt (Frischluft) – Anzeige -10 – +10 ppm										
6.2	Prüfgas 40 ppm – Anzeige 30 – 50 ppm										

7.0	**Kohlenmonoxid CO**										
7.1	Nullpunkt (Frischluft) – Anzeige -3 – +3 ppm										
7.2	Prüfgas 40 ppm – Anzeige 37 – 43 ppm										

8.0	**Bemerkungen** – Wartung erforderlich (Prüfplakette) – Lebensdauer Sensor überschritten – Justage, Reparatur – o. ä.										

9.0	**Prüfung**										
	– Tag										
	– Monat										
	– Jahr										
	– Unterschrift										