

[illegible][illegible]

3.0	Aire fresco								
3.1	Punto cero CH ₄ - Indicación -1 a +1 %Vol.								
3.2	Punto cero CO ₂ (0,04 %Vol.) - Indicación -1 a +1 %Vol.								
3.3	Oxígeno O ₂ (20,9 %Vol.) - Indicación 20,4 a 21,4 %Vol.								
3.4	Punto cero H ₂ S - Indicación -10 a +10 ppm								

4.0	Mezcla de gas Bio IR								
4.1	Metano CH ₄ (60 %Vol.) – Indicación 57 a 63 %Vol.								
4.2	Dióxido de carbono CO ₂ (40 %Vol.) – Indicación 38 a 42 %Vol.								
4.3	Oxígeno O ₂ (0 %Vol.) – Indicación -0,5 a +0,5 %Vol.								
4.4	Sulfuro de hidrógeno H ₂ S (180 ppm) – Indicación 162 – 198 ppm								

5.0	Monóxido de carbono CO								
5.1	Punto cero (aire fresco) – Indicación -3 a +3 ppm								
5.2	Gas de prueba 40 ppm – Indicación 37 a 43 ppm								

6.0	Comentarios - Se requiere mantenimiento (etiqueta de control) - El sensor ha sobrepasado su vida útil – Ajuste, reparación – o similar									

[illegible]