

PROTOCOLO DE CONTROL

Mezcla de gas

Multitec® 560

N° de serie (p. ej. 066 01 0501)

--	--	--



04/12/2018

1.0	Estado general												
1.1	- Estado correcto (p. ej. Sí / No)												
1.2	- Filtro de polvo fino perfecto (p. ej.: Sí / No)												
1.3	- Capacidad de pilas/baterías (p. ej.: ¼)												

2.0	Revisión de bomba												
2.1	- Código de error F100 al sellar la bomba												

3.0	Riesgo ExTox (Gas de prueba aire fresco)												
3.1	Punto cero CH ₄ - Indicación -3 a +3% LIE o - Indicación -0,15 a +0,15% Vol.												
3.2	Punto cero CO ₂ (0,04% Vol.) - Indicación -0,02 a +0,10% Vol.												
3.3	Aire fresco O ₂ (20,9% Vol.) - Indicación 20,4 a 21,4% Vol.												
3.4	Punto cero CO - Indicación -3 a +3 ppm												
3.5	Punto cero H ₂ S - Indicación -3 a +3 ppm												

4.0	Riesgo ExTox (gas de prueba ExTox IR)												
4.1	CH ₄ (2,20% Vol.) - Indicación 45 a 55% LIE o - Indicación 2,00 a 2,40% Vol.												
4.2	CO ₂ (2,00% Vol.) - Indicación 1,80 a 2,20% Vol.												
4.3	O ₂ (0% Vol.) - Indicación -0,5 a +0,5% Vol.												
4.4	CO (40 ppm) - Indicación 37 a 43 ppm												
4.5	H ₂ S 40 ppm - Indicación 37 a 43 ppm												
4.6	Alarma óptica (p. ej.: Sí / No)												
4.7	Alarma acústica (p. ej.: Sí / No)												

5.0	Medición de gas (Gas de prueba Aire fresco)								
5.1	Punto cero CH ₄ – Indicación -0,3 a +0,3% Vol.								
5.2	Punto cero CO ₂ – Indicación -0,3 a +0,3% Vol.								
5.3	Punto cero H ₂ S – Indicación -3 a +3 ppm								
5.4	Aire fresco O ₂ (20,9% Vol.) – Indicación 20,4 a 21,4% Vol.								

6.0	Medición de gas (Gas de prueba Bio IR)								
6.1	CH ₄ (60% Vol.) – Indicación 58 a 62% Vol.								
6.2	CO ₂ (40% Vol.) – Indicación 38 a 42% Vol.								
6.3	H ₂ S (180 ppm) – Indicación 175 a 185 ppm								
6.4	O ₂ (0% Vol.) – Indicación -0,5 a +0,5% Vol.								

7.0	Observaciones – Carcasa dañada – Ajuste, reparación – Inspección en fábrica – o similar								
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8.0	Inspección								
	– Día								
	– Mes								
	– Año								
	– Firma								