PROTOCOLO DE CONTROL	PORTAFID® M3/M3K	
Configuración:	Metano CH_4	
Nr. de serie (p. ej.: 003 01 0001)		

SEWERIN
Protecting Water, Gas and Life.

01.08.2020

1.0	**Estado general del equipo**										
1.1	- Estado perfecto (p. ej.: Sí/No)										
1.2	- Horas de autonomía restantes (p. ej.: 5 h)										

2.0	**Revisión de bomba**										
2.1	- Código de error F100 al sellar la bomba										

3.0	**Escala de medición ppm**										
3.1	Punto cero - Indicación en aire fresco										
3.2	Gas de prueba 10 ppm CH_4 – Indicación ≥ 8 ppm en 10 segundos										
3.3	Gas de prueba 100 ppm CH_4 - Indicación 90 – 110 ppm										
3.4	Gas de prueba 1.000 ppm CH_4 - Indicación 900 – 1.100 ppm										
3.5	Gas de prueba 1,00 %Vol. CH_4 - Indicación 0,90 – 1,10 %Vol.										

4.0	**Alarma**										
4.1	- Alarma acústico (p. ej.: Sí/No)										

5.0	**Nota** - Carcasa rota - Ajuste, Reparación - Inspección en fábrica - o algo parecido										

6.0	**Inspección**										
	- Día										
	- Mes										
	- Año										
	- Firma										