

1.0	État d'appareil												
1.1	– État parfait (p. ex : OUI/NON)												
1.2	– Filtre fin antipoussières parfait (p. ex : OUI/NON)												
1.3	– Capacité pile/batterie (p. ex.: ¼)												

2.0	Contrôle de la pompe												
2.1	– Message d'erreur F100 lors de l'étanchement												

3.0	Détection en surface												
3.1	Point zéro – Affichage lors d'air propre												
3.2	Gaz d'essai 10 p.p.m. CH ₄ – Affichage ≥ 10 p.p.m. en 10 secondes												

4.0	Détection intérieure / Détection espace confiné												
4.1	Point zéro – Affichage lors d'air propre												
4.2	Gaz d'essai 1,00 %GAZ CH ₄ – Affichage 0,80 – 1,20 %GAZ												

5.0	Surveillance %LIE / Surveillance ExTox (Gaz d'essai air propre)												
5.1	Point zéro CH ₄ – Affichage -3 – +3 %LIE ou – Affichage -0,15 – +0,15 %GAZ												
5.2	Point zéro CO ₂ (0,04 %GAZ) – Affichage -0,02 – +0,10 %GAZ												
5.3	Air propre O ₂ (20,9 %GAZ) – Affichage 20,4 – 21,4 %GAZ												
5.4	Point zéro CO – Affichage -3 – +3 p.p.m.												
5.5	Point zéro H ₂ S – Affichage -3 – +3 p.p.m.												

6.0	Surveillance %LIE / Surveillance ExTox (Gaz d'essai ExTox IR)										
6.1	CH ₄ (2,20 %GAZ) – Affichage 90 – 100 %LIE ou – Affichage 4,00 – 4,40 %GAZ										
6.2	CO ₂ (2,00 %GAZ) – Affichage 1,80 – 2,20 %GAZ										
6.3	O ₂ (0 %GAZ) – Affichage -0,5 – +0,5 %GAZ										
6.4	CO (40 p.p.m.) – Affichage 37 – 43 p.p.m.										
6.5	H ₂ S 40 ppm – Affichage 37 – 43 p.p.m.										
6.6	Alarme optique (p. ex. : OUI/NON)										
6.7	Alarme acoustique (p. ex. : OUI/NON)										

7.0	Mesure trous sondage / Mesure concentration %GAZ										
7.1	Point zéro CH ₄ / CO ₂ – Affichage -0,3 – +0,3 %GAZ										
7.2	Gaz d'essai 60 %GAZ CH ₄ – Affichage 58 – 62 %GAZ										
7.3	Gaz d'essai 20,0 %GAZ CO ₂ – Affichage 18,0 – 22,0 %GAZ										

8.0	Analyse Ethane										
	Gaz d'essai 100 p.p.m. C ₂ H ₆ , 1 %GAZ CH ₄ – CH ₄ : Oui, C ₂ H ₆ : Oui, C ₃ H ₈ : Non										

9.0	Observations - Boîtier abîmé - Réglage, réparation - Vérification à l'usine - autres										
------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10.0	Essai										
	- Jour										
	- Mois										
	- Année										
	- Signature										