

1.0	État d'appareil												
1.1	– État parfait (p. ex : OUI/NON)												
1.2	– Filtre fin antipoussières parfait (p. ex : OUI/NON)												
1.3	– Capacité pile/batterie (p. ex.: ¼)												

2.0	Contrôle de la pompe												
2.1	– Message d'erreur F100 lors de l'étanchement												

3.0	Détection en surface												
3.1	Point zéro												
	– Affichage lors d'air propre												
3.2	Gaz d'essai 10 p.p.m. CH ₄												
	– Affichage ≥ 10 p.p.m. en 10 secondes												

4.0	Détection intérieure												
4.1	Point zéro												
	– Affichage lors d'air propre												
4.2	Gaz d'essai 1,00 %GAZ CH ₄												
	– Affichage 0,80 – 1,20 %GAZ												

5.0	Détection espace confiné												
5.1	Point zéro												
	– Affichage lors d'air propre												
5.2	Gaz d'essai 2,20 %GAZ CH ₄												
	– Affichage 2,00 – 2,40 %GAZ												

6.0	Surveillance %LIE (surveillance local de travail)												
6.1	Point zéro												
	– Affichage -3 – +3 %LIE												
	ou												
	– Affichage -0,15 – +0,15 %GAZ												
6.2	Gaz d'essai 50 %LIE 2,20 %GAZ CH ₄												
	– Affichage 90 – 100 %LIE												
	ou												
	– Affichage 4,00 – 4,40 %GAZ												
6.3	Alarme optique (p. ex. : OUI/NON)												
6.4	Alarme acoustique (p. ex. : OUI/NON)												

7.0	Surveillance ExTox												
7.1	Point zéro												
	– Affichage -0,15 – +0,15 %GAZ												
7.2	Gaz d'essai 2,20 %GAZ CH ₄												
	– Affichage 4,00 – 4,40 %GAZ												
7.3	Gaz d'essai 2,00 %GAZ CO ₂												
	– Affichage 1,80 – 2,20 %GAZ												
7.4	Alarme optique (p. ex. : OUI/NON)												
7.5	Alarme acoustique (p. ex. : OUI/NON)												

8.0	Mesure concentration %GAZ (absence de gaz)										
8.1	Point zéro – Affichage -0,3 – +0,3 %GAZ										
8.2	Gaz d'essai 100 %GAZ CH ₄ – Affichage 98 – 102 %GAZ										

9.0	Mesure trous sondage										
9.1	Point zéro – Affichage -0,3 – +0,3 %GAZ										
9.2	Gaz d'essai 100 %GAZ CH ₄ – Affichage 98 – 102 %GAZ										
9.3	Gaz d'essai 20,0 %GAZ CO ₂ – Affichage 18,0 – 22,0 %GAZ										

10.0	Autres types de gaz (en option)										
10.1	Oxygène O ₂ Point zéro (Gaz d'essai 100 %GAZ CH ₄) – Affichage -0,5 – +0,5 %GAZ Gaz d'essai 17,5 %GAZ – Affichage 17,0 – 18,0 %GAZ Gaz d'essai air propre (20,9 %GAZ) – Affichage 20,4 – 21,4 %GAZ										
10.2	Monoxyde de carbone CO Point zéro air propre – Affichage -3 – +3 p.p.m. Gaz d'essai 40 p.p.m. – Affichage 37 – 43 p.p.m.										
10.3	Sulfure d'hydrogène H ₂ S Point zéro air propre – Affichage -3 – +3 p.p.m. Gaz d'essai 20 p.p.m. – Affichage 17 – 23 p.p.m. Gaz d'essai 40 p.p.m. – Affichage 37 – 43 p.p.m.										

11.0	Analyse Ethane (en option)										
11.1	Gaz d'essai 100 p.p.m. C ₂ H ₆ , 1 %GAZ CH ₄ – CH ₄ : Oui, C ₂ H ₆ : Oui, C ₃ H ₈ : Non										

12.0	Observations - Boîtier abîmé - Réglage, réparation - Vérification à l'usine - autres										
-------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

13.0	Essai										
	- Jour										
	- Mois										
	- Année										
	- Signature										