

N° de fab. (par ex. : 066 01 0501)

--	--	--

04.12.2018

1.0	État d'appareil												
1.1	– État parfait (par ex. OUI / NON)												
1.2	– Filtre antipoussière fine parfait (par ex. OUI / NON)												
1.3	– Autonomie pile/batterie (par ex. : ¼)												

2.0	Contrôle de la pompe												
2.1	– Défaut d'étanchéité de la pompe F100												

3.0	Surveillance ExTox (gaz d'essai : air propre)												
3.1	Point zéro CH ₄ – Affichage -3 – +3 % LIE ou – Affichage -0,15 – +0,15 %GAZ												
3.2	Point zéro CO ₂ (0,04 %GAZ) – Affichage -0,02 – +0,10 %GAZ												
3.3	Air propre O ₂ (20,9 %GAZ) – Affichage 20,4 – 21,4 %GAZ												
3.4	Point zéro CO – Affichage -3 – +3 p.p.m.												
3.5	Point zéro H ₂ S – Affichage -3 – +3 p.p.m.												

4.0	Surveillance ExTox (gaz d'essai : ExTox IR)												
4.1	CH ₄ (2,20 %GAZ) – Affichage 45 – 55 % LIE ou – Affichage 2,00 – 2,40 %GAZ												
4.2	CO ₂ (2,00 %GAZ) – Affichage 1,80 – 2,20 %GAZ												
4.3	O ₂ (0 %GAZ) – Affichage -0,5 – +0,5 %GAZ												
4.4	CO (40 p.p.m.) – Affichage 37 – 43 p.p.m.												
4.5	H ₂ S 40 p.p.m. – Affichage 37 – 43 p.p.m.												
4.6	Alarme visuelle (par ex. OUI / NON)												
4.7	Alarme sonore (par ex. OUI / NON)												

5.0	Mesure concentration (gaz d'essai : air propre)								
5.1	Point zéro CH ₄ – Affichage -0,3 – +0,3 %GAZ								
5.2	Point zéro CO ₂ – Affichage -0,3 – +0,3 %GAZ								
5.3	Point zéro H ₂ S – Affichage -3 – +3 p.p.m.								
5.4	Air propre O ₂ (20,9 %GAZ) – Affichage 20,4 – 21,4 %GAZ								

6.0	Mesure concentration (Gaz d'essai : Bio IR)								
6.1	CH ₄ (60 %GAZ) – Affichage -58 – 62 %GAZ								
6.2	CO ₂ (40 %GAZ) – Affichage 38 – 42 %GAZ								
6.3	H ₂ S (180 p.p.m.) – Affichage 175 – 185 p.p.m.								
6.4	O ₂ (0 %GAZ) – Affichage -0,5 – +0,5 %GAZ								

7.0	Observations – Boîtier endommagé – Ajustage, réparation – Vérification en usine – Ou autres								
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8.0	Contrôle								
	– Jour								
	– Mois								
	– Année								
	– Signature								