PROTOCOLE DE VERIFICATION
Réglage :
N° série : (ex. : 003 01 0001)

PORTAFID® M3 / M3K
Méthane CH_4

SEWERIN
Protecting Water, Gas and Life.

01.08.2020

1.0	**Etat de l'appareil**										
1.1	- Appareil en parfait état (O / N)										
1.2	- Autonomie (ex. : 5 h)										

2.0	**Contrôle de la pompe**										
2.1	- Message d'erreur F100 lors de l'étanchement										

3.0	**Plage de mesure ppm**										
3.1	Point zéro - Indication avec de l'air frais										
3.2	Injection de gaz d'essais 10 ppm CH_4 - Affichage ≥ 8 ppm en 10 secondes										
3.3	Injection de gaz d'essais 100 ppm CH_4 - Affichage 90 à 110 ppm										
3.4	Injection de gaz d'essais 1 000 ppm CH_4 - Affichage 900 à 1.100 ppm										
3.5	Injection de gaz d'essais 1,00 %GAZ CH_4 - Affichage 0,90 à 1,10 %GAZ										

4.0	**Déclenchement de l'alarme**										
4.1	- Signal sonore de l'alarme (O / N)										

5.0	**Remarques** - Boîtier de l'appareil endommagé - Ajustage/Réparation - Vérification en usine - Autres										

6.0	**Vérification**										
	- Jour										
	- Mois										
	- Année										
	- Signature du vérificateur										