

1.0	Stan urządzenia										
1.1	– Stan nienaganny (np.: T / N)										
1.2	– Filtr przeciwpływowy dokładnego oczyszczania w stanie nienagannym (np.: T / N)										
1.3	– Pojemność baterii/akumulatora (np.: ¼)										

2.0	Kontrola pompy										
2.1	– Błąd pompy F100 przy uszczelnieniu										

3.0	Kontrola dywanowa										
3.1	Punkt zerowy – Wskazanie przy świeżym powietrzu										
3.2	Gaz testowy 10 ppm CH ₄ – Wskazanie ≥ 8 ppm w ciągu 10 sekund										

4.0	Budowle/Instalacje przemysłowe										
4.1	Punkt zerowy – Wskazanie przy świeżym powietrzu										
4.2	Gaz testowy 1,00% obj. CH ₄ – Wskazanie 0,80 – 1,20% obj.										

5.0	Ostrzeżenie %DGW / Ostrzeżenie ExTox – gazy toksyczne (gaz testowy – świeże powietrze)										
5.1	Punkt zerowy CH ₄ – Wskazanie -3 – +3% DGW albo – Wskazanie -0,15 – +0,15% obj.										
5.2	Punkt zerowy CO ₂ (0,04% obj.) – Wskazanie -0,02 – +0,10% obj.										
5.3	Świeże powietrze O ₂ (20,9% obj.) – Wskazanie 20,4 – 21,4% obj.										
5.4	Punkt zerowy H ₂ S – Wskazanie -3 – +3 ppm										
5.5	Punkt zerowy CO – Wskazanie -3 – +3 ppm										

6.0	Ostrzeżenie %DGW / Ostrzeżenie ExTox – gazy toksyczne (gaz testowy ExTox IR)											
6.1	CH ₄ (2,20% obj.) – Wskazanie 45 – 55% DGW albo – Wskazanie 2,00 – 2,40% obj.											
6.2	CO ₂ (2,00% obj.) – Wskazanie 1,80 – 2,20% obj.											
6.3	O ₂ (0% obj.) – Wskazanie -0,5 – +0,5% obj.											
6.4	H ₂ S (40 ppm) – Wskazanie 37 – 43 ppm											
6.5	CO (40 ppm) – Wskazanie 37 – 43 ppm											
6.6	Alarm optyczny (np.: T / N)											
6.7	Alarm akustyczny (np.: T / N)											

7.0	Pomiar w otw. kontr.											
7.1	Punkt zerowy CH ₄ / CO ₂ – Wskazanie -0,3 – +0,3% obj.											
7.2	Gaz testowy 60% obj. CH ₄ – Wskazanie 58 – 62% obj.											
7.3	Gaz testowy 20,0% obj. CO ₂ – Wskazanie 18,0 – 22,0% obj.											

8.0	Analiza etanu											
	Gaz testowy 100 ppm C ₂ H ₆ , 1% obj. CH ₄ – CH ₄ : tak, C ₂ H ₆ : tak, C ₃ H ₈ : nie											

9.0	Komentarze – Obudowa uszkodzona – Regulacja, naprawa – Monitoring w zakładzie – itp.											
------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10.0	Badanie											
	– Dzień											
	– Miesiąc											
	– Rok											
	– Podpis											