PROTOKÓŁ Z BADAŃ ***Multitec® 520***

SEWERIN
Protecting Water, Gas and Life.

Nr fabr. (np.: 066 01 5001)

04.12.2018

1.0	**Stan urządzenia**										
1.1	– Obudowa w stanie nienagannym (np.: T / N)										
1.2	– Filtr przeciwpyłowy dokładnego oczyszczania w stanie nienagannym (np.: T/N)										
1.3	– Pojemność baterii/akumulatora (np.: ¼)										
2.0	**Kontrola pompy**										
	- Błąd pompy F100 przy uszczelnieniu										
3.0	**Metan CH_4**										
3.1	Punkt zerowy (świeże powietrze) – Wskazanie -0,15 – +0,15% obj.										
3.2	Gaz testowy 2,20% obj. CH_4 – Wskazanie 2,00 – 2,40% obj.										
3.3	Alarm optyczny (np.: T/N)										
3.4	Alarm akustyczny (np.: T/N)										
4.0	**Dwutlenek węgla CO_2**										
4.1	Punkt zerowy (świeże powietrze 0,04% obj.) – Wskazanie -0,02 – +0,10% obj.										
4.2	Gaz testowy 2,00% obj. CO_2 – Wskazanie 1,80 – 2,20% obj.										
4.3	Alarm optyczny (np.: T/N)										
4.4	Alarm akustyczny (np.: T/N)										
5.0	**Tlen O_2**										
5.1	Punkt zerowy (gaz testowy 100% obj. CH_4) – Wskazanie -0,5 – +0,5% obj.										
5.2	Gaz testowy 17,5% obj. – Wskazanie 17,0 – 18,0% obj.										
5.3	Gaz testowy – świeże powietrze (20,9% obj.) – Wskazanie 20,4 – 21,4% obj.										
5.4	Alarm optyczny (np.: T/N)										
5.5	Alarm akustyczny (np.: T/N)										
6.0	**Tlenek węgla CO**										
6.1	Punkt zerowy (świeże powietrze) – Wskazanie -3 – +3 ppm										
6.2	Gaz testowy 40 ppm – Wskazanie 37 – 43 ppm										
6.3	Alarm optyczny (np.: T/N)										
6.4	Alarm akustyczny (np.: T/N)										
7.0	**Siarkowodór H_2S**										
7.1	Punkt zerowy (świeże powietrze) – Wskazanie -3 – +3 ppm										
7.2	Gaz testowy 40 ppm – Wskazanie 37 – 43 ppm										
7.3	Alarm optyczny (np.: T/N)										
7.4	Alarm akustyczny (np.: T/N)										
8.0	**Amoniak NH_3**										
8.1	Punkt zerowy (świeże powietrze) – Wskazanie -3 – +3 ppm										
8.2	Gaz testowy 50 ppm – Wskazanie 45 – 55 ppm										
8.3	Alarm optyczny (np.: T/N)										
8.4	Alarm akustyczny (np.: T/N)										
9.0	**Komentarze** – Konieczna konserwacja (plakietka kontrolna) – Przekroczona żywotność sensora – Regulacja, naprawa – itp.										
10.0	**Badanie**										
	– Dzień										
	– Miesiąc										
	– Rok										
	– Podpis										