

[illegible][illegible][illegible]

4.0	Mieszanka gazowa Bio IR								
4.1	Metan CH ₄ (60% obj.) – wskazanie 57 – 63% obj.								
4.2	Dwutlenek węgla CO ₂ (40% obj.) – wskazanie 38 – 42% obj.								
4.3	Tlen O ₂ (0% obj.) – wskazanie -0,5 – +0,5% obj.								
4.4	Siarkowodór H ₂ S (180 ppm) – wskazanie 162 – 198 ppm								

5.0	Tlenek węgla CO								
5.1	Punkt zerowy (świeże powietrze) – wskazanie -3 – +3 ppm								
5.2	Gaz testowy 40 ppm – wskazanie 37 – 43 ppm								

[illegible][illegible]