**PROTOKÓŁ Z KONTROLI** ***Multitec® 540***

**Nr fab. (np.: 066 11 0501)**

SEWERIN
Protecting Water, Gas and Life.

04.12.2018

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.0** | **Stan urządzenia** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | – Obudowa w stanie nienagannym (np.: T / N) | | | | | | | | | | |
| 1.2 | – Filtr przeciwpyłowy dokładnego oczyszczania w stanie nienagannym (np.: T / N) | | | | | | | | | | |
| 1.3 | – Pojemność baterii/akumulatora (np.: ¼) | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.0** | **Kontrola pompy** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | – Błąd pompy F100 przy uszczelnieniu | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.0** | **Metan $CH_4$** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Punkt zerowy (świeże powietrze)<br>– wskazanie -1 – +1% obj. | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Gaz testowy 100% obj. $CH_4$<br>– wskazanie 95 – 105% obj. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.0** | **Dwutlenek węgla $CO_2$** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Punkt zerowy (świeże powietrze 0,04% obj.)<br>– wskazanie -1 – +1% obj. | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Gaz testowy 100% obj. $CO_2$<br>– wskazanie 95 – 105% obj. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.0** | **Tlen $O_2$** | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Punkt zerowy (gaz testowy 100% obj. $CH_4$)<br>– wskazanie -0,5 – +0,5% obj. | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Gaz testowy – świeże powietrze (20,9% obj.)<br>– wskazanie 20,4 – 21,4% obj. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.0** | **Siarkowodór $H_2S$** | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Punkt zerowy (świeże powietrze)<br>– wskazanie -10 – +10 ppm | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Gaz testowy 40 ppm<br>– wskazanie 30 – 50 ppm | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.0** | **Tlenek węgla CO** | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Punkt zerowy (świeże powietrze)<br>– wskazanie -3 – +3 ppm | | | | | | | | | | |
| 7.2 | Gaz testowy 40 ppm<br>– wskazanie 37 – 43 ppm | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8.0** | **Komentarze**<br>– Konieczna konserwacja (plakietka kontrolna)<br>– Przekroczona żywotność sensora<br>– Kalibracja, naprawa<br>– itp. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9.0** | **Kontrola** | | | | | | | | | | |
| | – Dzień | | | | | | | | | | |
| | – Miesiąc | | | | | | | | | | |
| | – Rok | | | | | | | | | | |
| | – Podpis | | | | | | | | | | |