

PROTOKÓŁ Z BADAŃ

 Mieszanka g: **Multitec® 560**


Nr fabr. (np.: 066 01 0501)

--	--	--

04.12.2018

1.0	Stan urządzenia										
1.1	– Stan nienaganny (np.: T / N)										
1.2	– Filtr przeciwpływowy dokładnego oczyszczania w stanie nienagannym (np.: T / N)										
1.3	– Pojemność baterii/akumulatora (np.: ¼)										

2.0	Kontrola pompy										
2.1	– Błąd pompy F100 przy uszczelnieniu										

3.0	Ostrzeżenie ExTox (gaz testowy: świeże powietrze)										
3.1	Punkt zerowy CH ₄ – Wskazanie -3 – +3% DGW lub – Wskazanie -0,15 – +0,15% obj.										
3.2	Punkt zerowy CO ₂ (0,04% obj.) – Wskazanie -0,02 – +0,10% obj.										
3.3	Świeże powietrze O ₂ (20,9% obj.) – Wskazanie 20,4 – 21,4% obj.										
3.4	Punkt zerowy CO – Wskazanie -3 – +3 ppm										
3.5	Punkt zerowy H ₂ S – Wskazanie -3 – +3 ppm										

4.0	Ostrzeżenie ExTox (gaz testowy ExTox IR)										
4.1	CH ₄ (2,20% obj.) – Wskazanie 45 – 55% DGW lub – Wskazanie 2,00 – 2,40% obj.										
4.2	CO ₂ (2,00% obj.) – Wskazanie 1,80 – 2,20% obj.										
4.3	O ₂ (0% obj.) – Wskazanie -0,5 – +0,5% obj.										
4.4	CO (40 ppm) – Wskazanie 37 – 43 ppm										
4.5	H ₂ S 40 ppm – Wskazanie 37 – 43 ppm										
4.6	Alarm optyczny (np.: T/N)										
4.7	Alarm akustyczny (np.: T/N)										

5.0	Pomiar gazu (gaz testowy: świeże powietrze)								
5.1	Punkt zerowy CH ₄ – Wskazanie -0,3 – +0,3% obj.								
5.2	Punkt zerowy CO ₂ – Wskazanie -0,3 – +0,3% obj.								
5.3	Punkt zerowy H ₂ S – Wskazanie -3 – +3 ppm								
5.4	Świeże powietrze O ₂ (20,9% obj.) – Wskazanie 20,4 – 21,4% obj.								

6.0	Pomiar gazu (gaz testowy Bio IR)								
6.1	CH ₄ (60% obj.) – Wskazanie 58 – 62% obj.								
6.2	CO ₂ (40% obj.) – Wskazanie 38 – 42% obj.								
6.3	H ₂ S (180 ppm) – Wskazanie 175 – 185 ppm								
6.4	O ₂ (0% obj.) – Wskazanie -0,5 – +0,5% obj.								

7.0	Komentarze								
	– Obudowa uszkodzona								
	– Regulacja, naprawa								
	– Kontrola w zakładzie								
	– itp.								

8.0	Badanie								
	– Dzień								
	– Miesiąc								
	– Rok								
	– Podpis								