

DVGW-Forschungsstelle am EBI des KIT | Engler-Bunte-Ring 1 – 9 | 76131 Karlsruhe

Hermann Sewerin GmbH
Robert-Bosch-Straße 3
33334 Gütersloh

Ihr Zeichen/Nachricht: Litz Hörnschemeyer
Unser Zeichen/Nachricht: DVGW-EBI/EE/JS/KK
Bereich: Energietechnologie und
Energieanwendung - Brennstofflabor
Ansprechpartner: Kerstin Kröger
Gebäude / Raum: 40.51 / 111
Telefon / Telefax: +49 (0)721 608-412-72 / -27
E-Mail: kroeger@dvgw-ebi.de

Datum: 1. Oktober 2026

Bestätigung der Eignung der fahrzeuggestützten Messtechnik – LGP 900

Sehr geehrter Herr Hörnschemeyer,

hiermit bescheinigen wir Ihnen, dass das fahrzeuggestützte Messsystem **LGP 900** die Anforderungen nach dem **DVGW-Merkblatt G 465-4-4 „Gerätetechnik für die Überprüfung von Gasleitungen und Gasanlagen – Teil 4: Fahrzeuggestützte Systeme zur Überprüfung von Gasleitungen mittels Konzentrations- und Windmessung der Atmosphäre“** erfüllt. Das System kann für die oberirdische Überprüfung von erdverlegten Leitungen eingesetzt werden.

Das fahrzeuggestützte Messsystem **LGP 900** hat den „Allgemeinen Eignungstests“ nach Kap. 8.1 des DVGW-Merkblattes G 465-4-4 bestanden. Dieser wurde im Rahmen des DVGW-Forschungsvorhabens „FaMeGQ – G 202440“ im Juli und August 2025 auf dem Testfeld in Düsseldorf und im März 2026 als Praxistest in Regensburg durchgeführt.

Beim Einsatz der Messtechnik sind die Betriebsparameter des „Allgemeinen Eignungstests“ anzuwenden, die Anforderungen des DVGW-Merkblattes G 465-4-4 zu beachten und die Herstellererklärung einzuhalten.

Wir weisen darauf hin, dass diese Bescheinigung kein Zertifikat der DVGW CERT GmbH darstellt bzw. ein solches ersetzt.

Mit freundlichen Grüßen

Jochen
Schuetz
i. A. Jochen Schütz
Leiter Brennstofflabor

Digital unterschrieben
von Jochen Schuetz
Datum: 2026.10.01
08:26:43 +02'00'

Kerstin Kroeger
i. A. Kerstin Kröger
Projektingenieurin

Digital unterschrieben von
Kerstin Kroeger
Datum: 2026.10.01 08:18:08
+02'00'