Procès verbal d'essai **ExTox IR** ***Multitec® 520***

N° de fab. (p. ex. : 066 01 5001)

SEWERIN

04.12.2018

1.0	**État d'appareil**										
1.1	- Boîtier parfait (par ex. OUI / NON)										
1.2	– Filtre antipoussière fine parfait (par ex. OUI / NON)										
1.3	– Autonomie pile/batterie (par ex. : ¼)										

2.0	**Contrôle de la pompe**										
	– Défaut d'étanchéité de la pompe F100										

3.0	**Air propre**										
3.1	Point zéro CH_4 – Affichage -0,15 – +0,15 %GAZ										
3.2	Point zéro CO_2 (0,04 %GAZ) – Affichage -0,02 – +0,10 %GAZ										
3.3	Oxygène O_2 (20,9 %GAZ) – Affichage 20,4 – 21,4 %GAZ										
3.4	Point zéro CO – Affichage -3 – +3 p.p.m.										
3.5	Point zéro H_2S – Affichage -3 – +3 p.p.m.										
3.6	Point zéro NH_3 – Affichage -3 – +3 p.p.m.										

4.0	**Gaz d'essai Mélange gazeux (2,2 %GAZ CH_4, 2,0 %GAZ CO_2, 0 %GAZ O_2, 40 p.p.m. CO, 40 p.p.m. H_2S)**										
4.1	CH_4 – Affichage 2,00 – 2,40 %GAZ										
4.2	CO_2 – Affichage 1,80 – 2,20 %GAZ										
4.3	O_2 – Affichage -0,5 – +0,5 %GAZ										
4.4	CO – Affichage 37 – 43 p.p.m.										
4.5	H_2S – Affichage 37 – 43 p.p.m.										
4.6	Alarme visuelle (par ex. OUI / NON)										
4.7	Alarme sonore (par ex. OUI / NON)										

5.0	**Gaz d'essai Ammoniac NH_3**										
5.1	Gaz d'essai 50 p.p.m. – Affichage 45 – 55 p.p.m.										
5.2	Alarme visuelle (par ex. OUI / NON)										
5.3	Alarme sonore (par ex. OUI / NON)										

6.0	**Observations** - Entretien nécessaire (plaque de contrôle) - Durée de vie du capteur dépassée – Ajustage, réparation – autres										

7.0	**Contrôle**										
	- Jour										
	- Mois										
	- Année										
	- Signature										