RAPPORT D'ESSAI ***Multitec® 540***

N° de fab. (p. ex. : 066 11 0501)

SEWERIN

04.12.2018

1.0	**État général**										
1.1	– Boîtier parfait (p. ex. O/N)										
1.2	– Filtre antipoussière fine parfait (par ex. O/N)										
1.3	– Capacité pile/batterie (par ex. : ¼)										

2.0	**Contrôle de la pompe**										
2.1	– Défaut d'étanchéité de la pompe F100										

3.0	**Méthane CH_4**										
3.1	Point zéro (air propre) – Affichage -1 – +1 %GAZ										
3.2	Gaz d'essai 100 %GAZ CH_4 – affichage -95 – 105 %GAZ										

4.0	**Dioxyde de carbone CO_2**										
4.1	Point zéro (air propre 0,04 %GAZ) – Affichage -1 – +1 %GAZ										
4.2	Gaz d'essai 100 % GAZ CO_2 – affichage -95 – 105 %GAZ										

5.0	**Oxygène O_2**										
5.1	Point zéro (gaz d'essai 100 %GAZ CH_4) – Affichage -0,5 – +0,5 %GAZ										
5.2	Gaz d'essai Air propre (20,9 %GAZ) – Affichage 20,4 – 21,4 %GAZ										

6.0	**Sulfure d'hydrogène H_2S**										
6.1	Point zéro (air propre) – affichage -10 – +10 p.p.m.										
6.2	Gaz d'essai 40 p.p.m. – affichage 30 – 50 p.p.m.										

7.0	**Monoxyde de carbone CO**										
7.1	Point zéro (air propre) – Affichage -3 – +3 p.p.m.										
7.2	Gaz d'essai 40 p.p.m. – Affichage 37 – 43 p.p.m.										

8.0	**Observations** – maintenance nécessaire (plaquette de contrôle) – durée de vie du capteur dépassée – Ajustage, réparation – Ou autres										

9.0	**Contrôle**										
	– Jour										
	– Mois										
	– Année										
	– Signature										