PROTOKÓŁ Z BADAŃ	**EX-TEC® GM 4/OD 4**	SEWERIN
Czujnik (np. CO):		
Stęż. gazu testowego (np. 40 ppm CO):		
Tolerancja wsk. punktu zerowego (np. -3–+3 ppm)		(tolerancje wskazań wg informacji
Tolerancja wsk. gazu testowego (np. 27–33 ppm)		z rozdziału 5.4 niniejszej instrukcji obsługi)
Nr fab. (np. 062 01 0001):		

22.07.2008

1.0	**Stan urządzenia**										
1.1	- Stan nienaganny (np.: T / N)										
1.2	- Pozostały czas pracy (np.: 5 h)										

2.0	**Kontrola pompy**										
2.1	- Komunikat o błędzie F100 przy uszczelnieniu										
2.2	- Filtr pompy wymieniony (np.: T / N)										

3.0	**Dokładność wskazania**										
3.1	- Wskazanie (punkt zerowy)										
	- W granicach tolerancji (np.: T / N)										
3.2	- Wskazanie (gaz testowy)										
	- W granicach tolerancji (np.: T / N)										

4.0	**Wyzwolenie alarmu AL1**										
4.1	Alarm optyczny (np.: T / N)										
4.2	Alarm akustyczny (np.: T / N)										

5.0	**Komentarze** - Obudowa pęknięta - Regulacja, naprawa - Kontrola w zakładzie - itp.										

6.0	**Badanie**										
	- Dzień										
	- Miesiąc										
	- Rok										
	- Podpis										