

PROTOCOLO DE CONTROL

Configuración:

Nr. de serie (p. ej.: 003 01 0001)

PORTAFID® M3/M3K

Metano CH₄

--	--	--



01.08.2020

1.0 Estado general del equipo

1.1 - Estado perfecto (p. ej.: Sí/No)

1.2 - Horas de autonomía restantes (p. ej.: 5 h)

2.0 Revisión de bomba

2.1 - Código de error F100 al sellar la bomba

3.0 Escala de medición ppm

3.1 Punto cero

- Indicación en aire fresco

3.2 Gas de prueba 10 ppm CH₄

- Indicación ≥ 8 ppm en 10 segundos

3.3 Gas de prueba 100 ppm CH₄

- Indicación 90 – 110 ppm

3.4 Gas de prueba 1.000 ppm CH₄

- Indicación 900 – 1.100 ppm

3.5 Gas de prueba 1,00 %Vol. CH₄

- Indicación 0,90 – 1,10 %Vol.

4.0 Alarma

4.1 - Alarma acústico (p. ej.: Sí/No)

5.0 Nota

- Carcasa rota

- Ajuste, Reparación

- Inspección en fábrica

- o algo parecido

6.0 Inspección

- Día

- Mes

- Año

- Firma