

Fab.-Nr. (z. B.: 065 01 00480)

--	--	--

01.08.2020

1.0	Gerätezustand																		
1.1	– Zustand einwandfrei (z. B.: J / N)																		
1.2	– Feinstaubfilter einwandfrei (z. B.: J / N)																		
1.3	– Kapazität Batterie/Akku (z. B.: ¼)																		

2.0	Pumpenkontrolle																		
2.1	– Pumpenfehler F100 bei Abdichtung																		

3.0	Oberirdische Prüfung																		
3.1	Nullpunkt – Anzeige bei Frischluft																		
3.2	Prüfgas 10 ppm CH ₄ – Anzeige ≥ 8 ppm in 10 Sekunden																		

4.0	Bauwerk / Anlagen																		
4.1	Nullpunkt – Anzeige bei Frischluft																		
4.2	Prüfgas 1,00 Vol.-% CH ₄ – Anzeige 0,80 – 1,20 Vol.-%																		

5.0	Warnen %UEG / Warnen ExTox (Prüfgas Frischluft)																		
5.1	Nullpunkt CH ₄ – Anzeige -3 – +3 % UEG oder – Anzeige -0,15 – +0,15 Vol.-%																		
5.2	Frischluft O ₂ (20,9 Vol.-%) – Anzeige 20,4 – 21,4 Vol.-%																		
5.3	Nullpunkt CO – Anzeige -3 – +3 ppm																		

6.0	Warnen %UEG / Warnen ExTox (Prüfgas Mischgas)																		
6.1	CH ₄ (2,20 Vol.-%) – Anzeige 45 – 55 % UEG oder – Anzeige 2,00 – 2,40 Vol.-%																		
6.2	O ₂ (17,5 Vol.-%) – Anzeige 17,0 – +18,0 Vol.-%																		
6.3	CO (40 ppm) – Anzeige 37 – 43 ppm																		
6.4	Optischer Alarm (z. B.: J / N)																		
6.5	Akustischer Alarm (z. B.: J / N)																		

