PRÜFPROTOKOLL **VARIOTEC 8 Tracergas**

Einstellung: Tracergas

Fab.-Nr. (z. B.: 040 06 0001)

14.10.2010

1.0	**Gerätezustand**										
1.1	– Zustand einwandfrei (z. B.: J / N)										
1.2	– Feinstaubfilter einwandfrei (z. B.: J / N)										
1.3	– Restbetriebszeit (z. B.: 5 h)										

2.0	**Pumpenkontrolle**										
2.1	F 100 bei Abdichtung										

3.0	**Messbereich ppm**										
3.1	Nullpunkt – Anzeige bei Frischluft										
3.3	Prüfgas 100 ppm H_2 in synt. Luft – Anzeige 700 – 1300 ppm										

4.0	**Messbereich VOL.%**										
4.1	Nullpunkt – Anzeige -2 – +2 Vol.-%										
4.2	Prüfgas 100 Vol.-% Tracergas 95/5 – Anzeige 98 – 102 Vol.-%										

5.0	**Bemerkungen** – Gehäuse gebrochen – Justage, Reparatur – Überprüfung im Werk – o. ä.										

6.0	**Prüfung**										
	– Tag										
	– Monat										
	– Jahr										
	– Unterschrift										