GasCom

Versionshinweise

Version 1.3.0 (26.02.2024)

- Protokolle:
  - Einsatzfall „Warnen ECO“ hinzugefügt
  - Zugriff auf archivierte Protokolle ermöglicht
  - Spalten „Prüfer“ und „Ergebnis“ hinzugefügt
- Datenbank:
  - Neue Funktion: Datenbank archivieren
  - Überwachung der Datenbankgröße implementiert
- Hilfe/Handbuch:
  - Neue deutsche Version eingebunden, sowie Englisch, Französisch, Spanisch, Polnisch und Portugiesisch
  - Für ausgewählte Dialoge/Fenster: Aufruf der Hilfe über F1 eingerichtet
- Lizenztexte aktualisiert

ATS 5xx

- Neue Funktion: Firmwareupdate suchen und installieren
- Geräteinformationen: Spalte „Datum/Uhrzeit“ in Fehlerliste hinzugefügt

ATS 5xx / EX-TEC PM 5xx/400

- Benutzerverwaltung: Löschen von Benutzer „Gast“ unterbunden
- Fehler beim Zuordnen des Prüfgases ExCox IR zur Gasdatei behoben
- Fehler beim Laden der Benutzerdateien behoben
- Dateiübertragung zwischen Gerät und Datenbank überarbeitet
- Für ATS und PM ab Firmwareversion 1.100: Fenster „Protokolle des ausgewählten Geräts verwalten„ überarbeitet

EX-TEC PM 5xx/400

- Neue Funktion: Einträge der Fehlerdatei löschen
- Neue Funktionen für PM ab Firmwareversion 1.100: Tastensperre setzen, automatische Aufzeichnung, automatisches Löschen der ältesten Aufzeichnungen/Funktionsprüfung bei vollem Speicher
- Fehler beim Lesen des Gerätedatums korrigiert
- PDF von Funktionsprüfungen überarbeitet: für Nullpunktmessung CxHy-Gase zusammengefasst

EX-TEC HS, Multitec, VARIOTEC

- Dateiübertragung zwischen Gerät und Datenbank überarbeitet

Version 1.1.8105.24279 (11.03.2022)

- Versionsabfrage neuer Setupdateien überarbeitet
- GasCom-Handbuch (deutsch) eingebunden
- Dateinamen beim Export von Dateien aus der Datenbank geändert (Seriennummer_Datum_Zeit_Dateiname.xxx)
- Update bei eingeschränkten Benutzerrechten: Falsche Benutzerinformation korrigiert

ATS 5xx / EX-TEC PM 5xx/400

- Für ATS und PM ab Firmwareversion 1.010: Prüfgas CH4 100 Vol.-% auch für den Einsatzfall „Warnen“ zugelassen. (Für Geräte mit älteren Firmwareversionen als V1.010 ist das Prüfgas CH4 100 Vol.-% nur für den Einsatzfall „Messen“ zugelassen.)
- Benutzerverwaltung: Anzahl der maximalen und bereits angelegten Benutzer dargestellt
- Fehler beim Aktivieren neuer Gasarten behoben

ATS 5xx / EX-TEC PM 400

- Prüfgas C3H8 0,3 Vol.-% zur Überprüfung von Nonan für alle Gasanschlüsse und für die Einsatzfälle „Warnen“ und „Bauwerk“ eingerichtet
- Abfrage zur Übertragung geänderter Gerätedaten/Einstellungen beim Wechsel des Fensters implementiert

EX-TEC HS 6xx

- Fehler beim Laden der Datei „device.cfg“ zur Darstellung der Messeinstellungen behoben

ATS 5xx

- Liste der Standardgase aktualisiert

Version 1.1.8048.14745 (13.01.2022)

- Neue Schnittstelle 5.4.0.8019 eingebunden
- Drucken der Lizenzbestimmungen und der Versionshinweise implementiert
- Export der ausgewählten Messungen als .pdf-Datei an beliebigen Speicherort (lokal/Netzwerk) implementiert
- Löschen von temporären Dateien vor Download neuer Dateien implementiert
- Fehler beim Übertragen des Benutzerlogos behoben (u. a. Fehler F52 (XFlash))
- Datenbankfehler beim Laden der Protokolltabelle behoben
- Maximale Länge und verwendbare Zeichen von Prüfgasnamen korrigiert
- Fehler beim Darstellen der Nachkommastellen von Alarmwerten behoben

ATS 5xx

- Kommunikationsfehler mit angeschlossenen Prüfeinrichtungen behoben
- Zuweisung der Gasanschlüsse beim Zusammenstellen der Gasdatei korrigiert

ATS 5xx / EX-TEC PM 5xx/400

- CRC-Prüfung – Fehler beim Lesen und Schreiben von Dateien behoben
- Benutzerverwaltung: Löschen von gewählten Benutzern ermöglicht
- Benutzerverwaltung: Fehler beim Löschen des Namens behoben

EX-TEC PM 5xx/400

- Aktivierung/Deaktivierung der Gasarten korrigiert
- Fehler beim Einstellen des konzentrationsabhängigen Signals behoben
- Messprotokollanzeige: Fehler beim Laden der Messprotokolle behoben
- Fehler beim Zusammenstellen von Daten für Dateiexport behoben
- Fehler beim Runden der Messwerte von Langzeitmessungen behoben
- Protokolle von Funktionsprüfungen (Fxx.prt): Für den Nullpunkt Darstellung der Gase geändert