ATS 503/501

Versionshinweise V1.100 (28.02.2024)

NEU:

Firmwareupdates für die Prüfeinrichtung **ATS 503/501** können mittels Software **GasCom** durchgeführt werden. Dies gilt ab Firmwareversion **V1.100**. Voraussetzung dafür ist **GasCom** mit der Softwareversion **V1.3.0**.
Das Firmwareupdate für die Prüfeinrichtung **ATS 503/501** stellt SEWERIN kostenlos über www.sewerin.com/ats-formular/ zur Verfügung.
Das Softwareupdate **V1.3.0** für **GasCom** kann heruntergeladen werden über www.sewerin.com/infothek/software.

Kompatibilität

- voll kompatibel zu:
  - **EX-TEC PM 5x0/400** mit Firmwareversion **V1.100**
  - Software **GasCom** mit Softwareversion **V1.3.0**
- eingeschränkt kompatibel zu:
  - **EX-TEC PM 5x0/400** mit Firmwareversion bis **V1.010**
  - Software **GasCom** mit Softwareversion älter als **V1.3.0**
    (z. B. keine Protokolle downloadbar)

Verbesserungen und neue Funktionen

- Funktionsprüfung:
  - neues Symbol (√): alle notwendigen Gase wurden überprüft (nicht: alle technisch möglichen Gase)
  - Prüfgasverbrauch in den Betriebsarten Automatik und Timer optimiert
  - Darstellung der Ergebnisse: Übersicht zeigt jetzt auch die Ergebnisse der Teilprüfungen Pumpe und Gerätezustand
- Funktionsprüfung und Justage:
  - beim Start: Informationen zu den Prüfgasen werden nur angezeigt, wenn das Prüfgas genötigt wird
  - neues Symbol : PM 5x0/400 kann entnommen werden
  - nach Abschluss: Liste aller fälligen, ungeprüften Gase wird angezeigt
  - Abbruch: bei Auftreten eines Fehlers; bei Unterspannung am PM 5x0/400
- Betriebsart Automatik:
  - nach dem Einsetzen eines PM 5x0/400 werden alle fälligen Funktionsprüfungen durchgeführt, die technisch möglich sind
  - Zusätzliche Prüfung von Einsatzfällen unabhängig von Fälligkeit

- Betriebsart Timer:
    - nach dem Einsetzen eines PM 5x0/400 werden alle fälligen Funktionsprüfungen durchgeführt, die technisch möglich sind (bisher: nur bei Erreichen der vorgegebenen Zeit)
- Betriebsart Manuell:
    - Funktionsprüfung: Teilprüfungen Pumpe und Gerätezustand werden stets durchgeführt (bisher: nur wenn fällig)
- Anzahl möglicher Benutzer auf 100 erhöht
- Anzeige der Benutzerliste möglich (je nach Einstellung in GasCom: Benutzerliste ATS oder Benutzerliste PM5)
- Anzahl der speicherbaren Protokolle auf 6000 erhöht (max. 200 Geräten EX-TEC PM 5x0/400)
- Wartemodus: Druck der angeschlossenen Prüfgasdosen kann angezeigt werden
- Schließen der Arretierung: Warnung „Arretierung geöffnet.“ verschwindet automatisch
- Darstellung verschiedene Displayansichten optimiert