

Déclaration UE de conformité

EX-TEC[®] GM 4 / EX-TEC[®] OD 4

Appareil de mesure de gaz portatif alimenté sur piles

Hermann Sewerin GmbH
Robert-Bosch-Str. 3
33334 Gütersloh – Allemagne

Le produit est conforme à la législation communautaire d'harmonisation de l'Union en vigueur :

2014/30/UE

2014/34/UE

L'évaluation de la conformité a été réalisée par application des procédures définies par les normes harmonisées suivantes :

EN 1127-1	EN 61000-4-2:2009
EN 60079-0	EN 61000-6-1:2007
EN 60079-7	EN 61000-6-3:2011
EN 60079-11	

Les certificats suivants ont été établis :

Organisme notifié : TÜV NORD CERT GmbH
(0044)

Certificat : TÜV 01 ATEX 1657

Une ou plusieurs normes indiquées dans les certificats ont été remplacées par une édition plus récente. Le fabricant déclare également la conformité aux exigences des nouvelles éditions de ces normes.

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité de la société Hermann Sewerin GmbH.

Signé par et au nom de :
Gütersloh, 2016-04-20



Dr. S. Sewerin (Gérant)