

Declaración UE de conformidad

VARIOTEC[®] 480 EX / VARIOTEC[®] 450 EX

Equipo portátil para la medición de gas alimentado por pilas

Hermann Sewerin GmbH
Robert-Bosch-Str. 3
33334 Gütersloh – Alemania

El producto es conforme a la legislación comunitaria de armonización pertinente:

2014/30/UE

2014/34/UE

Para la evaluación de la conformidad se aplicaron las siguientes normas armonizadas:

EN 1127-1	EN 60079-7
EN 50270:2015	EN 60079-11
EN 60079-0	EN 61000-6-2:2005
EN 60079-1	EN 61000-6-4:2011

Adicionalmente, para metano, propano, oxígeno y monóxido de carbono se aplican para los casos de aplicación Riesgo %LIE y Riesgo ExTox:

EN 45544-1	EN 50104
EN 45544-2	EN 60079-29-1
EN 50271	

Se han emitido los siguientes certificados:

Organismo notificado:	TÜV NORD CERT GmbH (0044)	DEKRA EXAM GmbH (0158)
Certificación:	TÜV 07 ATEX 553353 X	BVS 09 ATEX G 001 X PFG 08 G 002 X

Entretanto, una o varias normas que están especificadas en los certificados, se han sustituido por versiones más recientes. El fabricante declara que el producto también cumple los requisitos de las nuevas versiones de las normas.

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad de Hermann Sewerin GmbH.

Firmado en nombre de:
Gütersloh, 2016-04-20



Dr. S. Sewerin (Gerente)